检验结果

序号	项目名称	技术要求		检验结果	单项结论
1	外观及结构检查	显示窗透光良好，数码符号清晰完好，镀层均匀，有保护罩，有遥控调校功能		符合	合格
2	最小分辨率	0≤X＜10%CH_4范围，不低于0.01%CH_4 10≤X＜100%CH_4范围，不低于0.1%CH_4		符合	合格
3	显示值稳定性测定（%CH_4）	0≤X＜10%CH_4范围，不超过0.04%CH_4		/	/
		10≤X＜100%CH_4范围，不超过0.4%CH_4		0.2	合格
4	基本误差测定（%CH_4）	检测点	误差要求	基本误差	合格
		0.50	±0.06	0.02	
		8.49	真值的±6%	0.4%	
		20.0	真值的±6%	1.0%	
		35.0	真值的±6%	-0.6%	
		60.0	真值的±6%	-0.8%	
		85.0	真值的±6%	0.6%	
5	传输距离试验（%CH_4）	0.50	±0.06	0.02	合格
		8.49	真值的±6%	0.4%	
		20.0	真值的±6%	0.5%	
		35.0	真值的±6%	-0.6%	
		60.0	真值的±6%	-0.8%	
		85.0	真值的±6%	0.6%	
6	工作稳定性测定	连续工作15d，基本误差满足要求。		/	/
7	响应时间测定(s)	≤25s		13.10	合格
8	报警功能试验	报警误差（%CH_4）	不超过±0.05	0.00	合格
		报警声级强度 dB（A）	≥80 dB（A）	91.7	
		光报警信号	在黑暗环境20m处清晰可见。	符合	
备注		工作稳定性测定只检新投入使用和修理后更换主要元件的仪器			

以下无内容

检 验 报 告

委托单位	义煤集团新安县郁山煤业有限公司	地　址	新安县南李村镇
样品名称	煤矿用高浓度激光甲烷传感器	规格型号	GJG100J
样品状态	显示窗透光良好、外观结构合理无划痕变形、各部件无松动	使用单位	义煤集团新安县郁山煤业有限公司
检验地点	河南省义马市朝阳路中段东侧51号楼3楼	检验类别	委托检验
到样日期	2026年09月10日	检验日期	2026年09月11日
生产厂家	江苏三恒科技股份有限公司	出厂编号	2408600
安标编号	MFB150240	检验人员	李莹辉、李俊杰
检验依据	KA/T6211-2008《煤矿用非色散红外甲烷传感器》		

检验设备（标准物质）一览表

名称	规格型号	不确定度、准确度等级或最大允许误差	检定/校准证书编号
甲烷标准气体	$CH4/N_2$	2%	GBW（E）062810
转子流量计	LZB-3WB	2.5级	1025BF0100045-044-029-031-039-032-024-030
声级计	HS5633	2级	1025BR0101802
电子秒表	DM1-010	0.01s/分度	1025CR1901353
万用表	VC9807A+	分辨力：0.01mV	1025CE1401136
直流电阻器	ZX21A	0.1Ω/分度	1025BE0700146
可燃易爆有害气体检测（催化燃烧式甲烷）传感器自动检定装置	KRDG-1	频率：0.01Hz 电流：0.05mA	1026CE2700583

检验环境

温度（℃）	21.5	相对湿度（%）	52.8
大气压力（kPa）	95.6	其它	无干扰气体

检验结论	依据KA/T6211-2008《煤矿用非色散红外甲烷传感器》对该样品进行检验，判定所检项目 符合标准要求 。 （检验专用章） 签发日期：2026年09月14日
备注	

批准：刘汾芊　　审核：李俊杰　　主检：李莹辉

注 意 事 项

1、报告无检验单位“检验专用章”者无效。

2、报告无骑缝章者无效。

3、报告无检验人员、审核人员、批准人签字无效。

4、未经同意，（全文复制除外）未加盖单位公章者无效。

5、报告检验数据仅对当时样品状态负责。

6、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。

检验单位名称：豫西矿用安全设备检测检验中心

检验机构地址： 河南省义马市朝阳路中段东侧51号楼

邮 政 编 码： 472302

联 系 电 话： 0398-5879067

豫煤监2503

煤矿用非色散红外甲烷传感器

检 验 报 告

委托单位：义煤集团新安县郁山煤业有限公司

样品名称：煤矿用高浓度激光甲烷传感器

规格型号：GJG100J

检验类别：委托检验

检验日期：2026年09月11日

检验单位：豫西矿用安全设备检测检验中心　　（公章）

检验结果

序号	项目名称	技术要求		检验结果	单项结论
1	外观及结构检查	显示窗透光良好，数码符号清晰完好，镀层均匀，有保护罩，有遥控调校功能		符合	合格
2	最小分辨率	0≤X＜10%CH_4范围，不低于0.01%CH_4 10≤X＜100%CH_4范围，不低于0.1%CH_4		符合	合格
3	显示值稳定性测定（%CH_4）	0≤X＜10%CH_4范围，不超过0.04%CH_4		/	/
		10≤X＜100%CH_4范围，不超过0.4%CH_4		0.1	合格
4	基本误差测定（%CH_4）	检测点	误差要求	基本误差	合格
		0.50	±0.06	0.04	
		8.49	真值的±6%	-0.2%	
		20.0	真值的±6%	0.0%	
		35.0	真值的±6%	-1.4%	
		60.0	真值的±6%	-0.7%	
		85.0	真值的±6%	1.2%	
5	传输距离试验（%CH_4）	0.50	±0.06	0.04	合格
		8.49	真值的±6%	-0.2%	
		20.0	真值的±6%	0.0%	
		35.0	真值的±6%	-1.1%	
		60.0	真值的±6%	-0.7%	
		85.0	真值的±6%	1.2%	
6	工作稳定性测定	连续工作15d，基本误差满足要求。		/	/
7	响应时间测定(s)	≤25s		12.52	合格
8	报警功能试验	报警误差（%CH_4）	不超过±0.05	0.01	合格
		报警声级强度 dB（A）	≥80 dB（A）	92.1	
		光报警信号	在黑暗环境20m处清晰可见。	符合	
备注		工作稳定性测定只检新投入使用和修理后更换主要元件的仪器			

以下无内容

检 验 报 告

委托单位	义煤集团新安县郁山煤业有限公司	地　址	新安县南李村镇
样品名称	煤矿用高浓度激光甲烷传感器	规格型号	GJG100J
样品状态	显示窗透光良好、外观结构合理无划痕变形、各部件无松动	使用单位	义煤集团新安县郁山煤业有限公司
检验地点	河南省义马市朝阳路中段东侧51号楼3楼	检验类别	委托检验
到样日期	2026年09月10日	检验日期	2026年09月11日
生产厂家	江苏三恒科技股份有限公司	出厂编号	2107066
安标编号	MFB150240	检验人员	李莹辉、李俊杰
检验依据	KA/T6211-2008《煤矿用非色散红外甲烷传感器》		

检验设备（标准物质）一览表

名称	规格型号	不确定度、准确度等级或最大允许误差	检定/校准证书编号
甲烷标准气体	$CH4/N_2$	2%	GBW（E）062810
转子流量计	LZB-3WB	2.5级	1025BF0100045-044-029-031-039-032-024-030
声级计	HS5633	2级	1025BR0101802
电子秒表	DM1-010	0.01s/分度	1025CR1901353
万用表	VC9807A+	分辨力：0.01mV	1025CE1401136
直流电阻器	ZX21A	0.1Ω/分度	1025BE0700146
可燃易爆有害气体检测（催化燃烧式甲烷）传感器自动检定装置	KRDG-1	频率：0.01Hz 电流：0.05mA	1026CE2700583

检验环境

温度（℃）	21.5	相对湿度（%）	52.8
大气压力（kPa）	95.6	其它	无干扰气体

检验结论	依据KA/T6211-2008《煤矿用非色散红外甲烷传感器》对该样品进行检验，判定所检项目 符合标准要求 。 （检验专用章） 签发日期：2026年09月14日
备注	

批准：刘冰平　　审核：李俊杰　　主检：李莹辉

注　意　事　项

1、报告无检验单位“检验专用章”者无效。

2、报告无骑缝章者无效。

3、报告无检验人员、审核人员、批准人签字无效。

4、未经同意，（全文复制除外）未加盖单位公章者无效。

5、报告检验数据仅对当时样品状态负责。

6、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。

检验单位名称：豫西矿用安全设备检测检验中心

检验机构地址：　河南省义马市朝阳路中段东侧51号楼

邮 政 编 码：　472302

联 系 电 话：　0398-5879067

豫煤监2503

煤矿用非色散红外甲烷传感器

检 验 报 告

委托单位：义煤集团新安县郁山煤业有限公司

样品名称：煤矿用高浓度激光甲烷传感器

规格型号：GJG100J

检验类别：委托检验

检验日期：2026年09月11日

检验单位：豫西矿用安全设备检测检验中心　　（公章）

检验结果

序号	项目名称	技术要求		检验结果	单项结论
1	外观及结构检查	显示窗透光良好，数码符号清晰完好，镀层均匀，有保护罩，有遥控调校功能		符合	合格
2	最小分辨率	0≤X < 10%CH_4范围，不低于0.01%CH_4 10≤X < 100%CH_4范围，不低于0.1%CH_4		符合	合格
3	显示值稳定性测定（%CH_4）	0≤X < 10%CH_4范围，不超过0.04%CH_4		/	/
		10≤X < 100%CH_4范围，不超过0.4%CH_4		0.2	合格
4	基本误差测定（%CH_4）	检测点	误差要求	基本误差	合格
		0.50	±0.06	0.02	
		8.49	真值的±6%	0.2%	
		20.0	真值的±6%	0.5%	
		35.0	真值的±6%	1.7%	
		60.0	真值的±6%	-1.0%	
		85.0	真值的±6%	1.2%	
5	传输距离试验（%CH_4）	0.50	±0.06	0.02	合格
		8.49	真值的±6%	0.2%	
		20.0	真值的±6%	0.0%	
		35.0	真值的±6%	1.7%	
		60.0	真值的±6%	-1.0%	
		85.0	真值的±6%	1.2%	
6	工作稳定性测定	连续工作15d，基本误差满足要求。		/	/
7	响应时间测定(s)	≤25s		11.52	合格
8	报警功能试验	报警误差（%CH_4）	不超过±0.05	0.00	合格
		报警声级强度 dB（A）	≥80 dB（A）	93.6	
		光报警信号	在黑暗环境20m处清晰可见。	符合	
备注		工作稳定性测定只检新投入使用和修理后更换主要元件的仪器			

以下无内容

检 验 报 告

委托单位	义煤集团新安县郁山煤业有限公司	地　址	新安县南李村镇
样品名称	煤矿用高浓度激光甲烷传感器	规格型号	GJG100J
样品状态	显示窗透光良好、外观结构合理无划痕变形、各部件无松动	使用单位	义煤集团新安县郁山煤业有限公司
检验地点	河南省义马市朝阳路中段东侧51号楼3楼	检验类别	委托检验
到样日期	2026年09月10日	检验日期	2026年09月11日
生产厂家	江苏三恒科技股份有限公司	出厂编号	2107026
安标编号	MFB150240	检验人员	李莹辉、李俊杰
检验依据	KA/T6211-2008《煤矿用非色散红外甲烷传感器》		

检验设备（标准物质）一览表

名称	规格型号	不确定度、准确度等级或最大允许误差	检定/校准证书编号
甲烷标准气体	$CH4/N_2$	2%	GBW（E）062810
转子流量计	LZB-3WB	2.5级	1025BF0100045-044-029-031-039-032-024-030
声级计	HS5633	2级	1025BR0101802
电子秒表	DM1-010	0.01s/分度	1025CR1901353
万用表	VC9807A+	分辨力：0.01mV	1025CE1401136
直流电阻器	ZX21A	0.1Ω/分度	1025BE0700146
可燃易爆有害气体检测（催化燃烧式甲烷）传感器自动检定装置	KRDG-1	频率：0.01Hz 电流：0.05mA	1026CE2700583

检验环境

温度（℃）	21.5	相对湿度（%）	52.8
大气压力（kPa）	95.6	其它	无干扰气体

检验结论	依据KA/T6211-2008《煤矿用非色散红外甲烷传感器》对该样品进行检验，判定所检项目 符合标准要求 。 （检验专用章） 签发日期：2026年09月14日
备注	

批准：刘江平　　审核：李俊杰　　主检：李莹辉

注 意 事 项

1、报告无检验单位“检验专用章”者无效。

2、报告无骑缝章者无效。

3、报告无检验人员、审核人员、批准人签字无效。

4、未经同意，（全文复制除外）未加盖单位公章者无效。

5、报告检验数据仅对当时样品状态负责。

6、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。

检验单位名称：豫西矿用安全设备检测检验中心

检验机构地址： 河南省义马市朝阳路中段东侧51号楼

邮 政 编 码： 472302

联 系 电 话： 0398-5879067

豫煤监2503

煤矿用非色散红外甲烷传感器

检 验 报 告

委托单位：义煤集团新安县郁山煤业有限公司

样品名称：煤矿用高浓度激光甲烷传感器

规格型号：GJG100J

检验类别：委托检验

检验日期：2026年09月11日

检验单位：豫西矿用安全设备检测检验中心　　（公章）

检验结果

序号	项目名称	技术要求		检验结果	单项结论
1	外观及结构检查	显示窗透光良好，数码符号清晰完好，镀层均匀，有保护罩，有遥控调校功能		符合	合格
2	最小分辨率	0≤X＜10%CH_4范围，不低于0.01%CH_4 10≤X＜100%CH_4范围，不低于0.1%CH_4		符合	合格
3	显示值稳定性测定（%CH_4）	0≤X＜10%CH_4范围，不超过0.04%CH_4		/	/
		10≤X＜100%CH_4范围，不超过0.4%CH_4		0.1	合格
4	基本误差测定（%CH_4）	检测点	误差要求	基本误差	合格
		0.50	±0.06	0.01	
		8.49	真值的±6%	-0.4%	
		20.0	真值的±6%	0.5%	
		35.0	真值的±6%	-1.1%	
		60.0	真值的±6%	-1.0%	
		85.0	真值的±6%	0.7%	
5	传输距离试验（%CH_4）	0.50	±0.06	0.01	合格
		8.49	真值的±6%	-0.4%	
		20.0	真值的±6%	0.5%	
		35.0	真值的±6%	-1.1%	
		60.0	真值的±6%	-1.0%	
		85.0	真值的±6%	0.7%	
6	工作稳定性测定	连续工作15d，基本误差满足要求。		/	/
7	响应时间测定(s)	≤25s		13.10	合格
8	报警功能试验	报警误差（%CH_4）	不超过±0.05	0.00	合格
		报警声级强度 dB（A）	≥80 dB（A）	92.4	
		光报警信号	在黑暗环境20m处清晰可见。	符合	
备注		工作稳定性测定只检新投入使用和修理后更换主要元件的仪器			

以下无内容

检 验 报 告

委托单位	义煤集团新安县郁山煤业有限公司	地　址	新安县南李村镇
样品名称	煤矿用高浓度激光甲烷传感器	规格型号	GJG100J
样品状态	显示窗透光良好、外观结构合理无划痕变形、各部件无松动	使用单位	义煤集团新安县郁山煤业有限公司
检验地点	河南省义马市朝阳路中段东侧51号楼3楼	检验类别	委托检验
到样日期	2026年09月10日	检验日期	2026年09月11日
生产厂家	江苏三恒科技股份有限公司	出厂编号	2412194
安标编号	MFB150240	检验人员	李莹辉、李俊杰
检验依据	KA/T6211-2008《煤矿用非色散红外甲烷传感器》		

检验设备（标准物质）一览表

名称	规格型号	不确定度、准确度等级或最大允许误差	检定/校准证书编号
甲烷标准气体	$CH4/N_2$	2%	GBW（E）062810
转子流量计	LZB-3WB	2.5级	1025BF0100045-044-029-031-039-032-024-030
声级计	HS5633	2级	1025BR0101802
电子秒表	DM1-010	0.01s/分度	1025CR1901353
万用表	VC9807A+	分辨力：0.01mV	1025CE1401136
直流电阻器	ZX21A	0.1Ω/分度	1025BE0700146
可燃易爆有害气体检测（催化燃烧式甲烷）传感器自动检定装置	KRDG-1	频率：0.01Hz 电流：0.05mA	1026CE2700583

检验环境

温度（℃）	21.5	相对湿度（%）	52.8
大气压力（kPa）	95.6	其它	无干扰气体

检验结论	依据KA/T6211-2008《煤矿用非色散红外甲烷传感器》对该样品进行检验，判定所检项目 符合标准要求 。 （检验专用章） 签发日期：2026年09月14日
备注	

批准：刘洲平　　审核：李俊杰　　主检：李莹辉

注 意 事 项

1、报告无检验单位“检验专用章”者无效。

2、报告无骑缝章者无效。

3、报告无检验人员、审核人员、批准人签字无效。

4、未经同意，（全文复制除外）未加盖单位公章者无效。

5、报告检验数据仅对当时样品状态负责。

6、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。

检验单位名称：豫西矿用安全设备检测检验中心

检验机构地址： 河南省义马市朝阳路中段东侧51号楼

邮 政 编 码： 472302

联 系 电 话： 0398-5879067

豫煤监2503

煤矿用非色散红外甲烷传感器

检 验 报 告

委托单位：义煤集团新安县郁山煤业有限公司

样品名称：煤矿用高浓度激光甲烷传感器

规格型号：GJG100J

检验类别：委托检验

检验日期：2026年09月11日

检验单位：豫西矿用安全设备检测检验中心　　（公章）

检验结果

序号	项目名称	技术要求		检验结果	单项结论
1	外观及结构检查	显示窗透光良好，数码符号清晰完好，镀层均匀，有保护罩，有遥控调校功能		符合	合格
2	最小分辨率	0≤X＜10%CH_4范围，不低于0.01%CH_4 10≤X＜100%CH_4范围，不低于0.1%CH_4		符合	合格
3	显示值稳定性测定（%CH_4）	0≤X＜10%CH_4范围，不超过0.04%CH_4		/	/
		10≤X＜100%CH_4范围，不超过0.4%CH_4		0.2	合格
4	基本误差测定（%CH_4）	检测点	误差要求	基本误差	合格
		0.50	±0.06	0.03	
		8.49	真值的±6%	0.6%	
		20.0	真值的±6%	1.0%	
		35.0	真值的±6%	-0.9%	
		60.0	真值的±6%	-0.5%	
		85.0	真值的±6%	1.2%	
5	传输距离试验（%CH_4）	0.50	±0.06	0.03	合格
		8.49	真值的±6%	0.6%	
		20.0	真值的±6%	1.0%	
		35.0	真值的±6%	-0.6%	
		60.0	真值的±6%	-0.5%	
		85.0	真值的±6%	1.3%	
6	工作稳定性测定	连续工作15d，基本误差满足要求。		/	/
7	响应时间测定(s)	≤25s		12.49	合格
8	报警功能试验	报警误差（%CH_4）	不超过±0.05	0.01	合格
		报警声级强度 dB（A）	≥80 dB（A）	93.1	
		光报警信号	在黑暗环境20m处清晰可见。	符合	
备注		工作稳定性测定只检新投入使用和修理后更换主要元件的仪器			

以下无内容

检 验 报 告

委托单位	义煤集团新安县郁山煤业有限公司	地　址	新安县南李村镇
样品名称	煤矿用高浓度激光甲烷传感器	规格型号	GJG100J
样品状态	显示窗透光良好、外观结构合理无划痕变形、各部件无松动	使用单位	义煤集团新安县郁山煤业有限公司
检验地点	河南省义马市朝阳路中段东侧51号楼3楼	检验类别	委托检验
到样日期	2026年09月10日	检验日期	2026年09月11日
生产厂家	江苏三恒科技股份有限公司	出厂编号	2401732
安标编号	MFB150240	检验人员	李莹辉、李俊杰
检验依据	KA/T6211-2008《煤矿用非色散红外甲烷传感器》		

检验设备（标准物质）一览表

名称	规格型号	不确定度、准确度等级或最大允许误差	检定/校准证书编号
甲烷标准气体	$CH4/N_2$	2%	GBW（E）062810
转子流量计	LZB-3WB	2.5级	1025BF0100045-044-029-031-039-032-024-030
声级计	HS5633	2级	1025BR0101802
电子秒表	DM1-010	0.01s/分度	1025CR1901353
万用表	VC9807A+	分辨力：0.01mV	1025CE1401136
直流电阻器	ZX21A	0.1Ω/分度	1025BE0700146
可燃易爆有害气体检测（催化燃烧式甲烷）传感器自动检定装置	KRDG-1	频率：0.01Hz 电流：0.05mA	1026CE2700583

检验环境

温度（℃）	21.5	相对湿度（%）	52.8
大气压力（kPa）	95.6	其它	无干扰气体

检验结论	依据KA/T6211-2008《煤矿用非色散红外甲烷传感器》对该样品进行检验，判定所检项目 符合标准要求 。 （检验专用章） 签发日期：2026年09月14日
备注	

批准：刘海军　　审核：李俊杰　　主检：李莹辉

注 意 事 项

1、报告无检验单位“检验专用章”者无效。

2、报告无骑缝章者无效。

3、报告无检验人员、审核人员、批准人签字无效。

4、未经同意，（全文复制除外）未加盖单位公章者无效。

5、报告检验数据仅对当时样品状态负责。

6、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。

检验单位名称：豫西矿用安全设备检测检验中心

检验机构地址： 河南省义马市朝阳路中段东侧51号楼

邮 政 编 码： 472302

联 系 电 话： 0398-5879067

豫煤监2503

煤矿用非色散红外甲烷传感器

检 验 报 告

委托单位：义煤集团新安县郁山煤业有限公司

样品名称：煤矿用高浓度激光甲烷传感器

规格型号：GJG100J

检验类别：委托检验

检验日期：2026年09月11日

检验单位：豫西矿用安全设备检测检验中心　　（公章）

检验结果

序号	项目名称	技术要求		检验结果	单项结论
1	外观及结构检查	显示窗透光良好，数码符号清晰完好，镀层均匀，有保护罩，有遥控调校功能		符合	合格
2	最小分辨率	0≤X＜10%CH_4范围，不低于0.01%CH_4 10≤X＜100%CH_4范围，不低于0.1%CH_4		符合	合格
3	显示值稳定性测定（%CH_4）	0≤X＜10%CH_4范围，不超过0.04%CH_4		/	/
		10≤X＜100%CH_4范围，不超过0.4%CH_4		0.1	合格
4	基本误差测定（%CH_4）	检测点	误差要求	基本误差	合格
		0.50	±0.06	0.04	
		8.49	真值的±6%	0.4%	
		20.0	真值的±6%	1.0%	
		35.0	真值的±6%	-0.3%	
		60.0	真值的±6%	-0.7%	
		85.0	真值的±6%	0.8%	
5	传输距离试验（%CH_4）	0.50	±0.06	0.03	合格
		8.49	真值的±6%	0.4%	
		20.0	真值的±6%	1.0%	
		35.0	真值的±6%	-0.3%	
		60.0	真值的±6%	-0.5%	
		85.0	真值的±6%	0.8%	
6	工作稳定性测定	连续工作15d，基本误差满足要求。		/	/
7	响应时间测定(s)	≤25s		11.56	合格
8	报警功能试验	报警误差（%CH_4）	不超过±0.05	0.00	合格
		报警声级强度 dB（A）	≥80 dB（A）	91.9	
		光报警信号	在黑暗环境20m处清晰可见。	符合	
备注		工作稳定性测定只检新投入使用和修理后更换主要元件的仪器			

以下无内容

检 验 报 告

委托单位	义煤集团新安县郁山煤业有限公司	地　址	新安县南李村镇
样品名称	煤矿用高浓度激光甲烷传感器	规格型号	GJG100J
样品状态	显示窗透光良好、外观结构合理无划痕变形、各部件无松动	使用单位	义煤集团新安县郁山煤业有限公司
检验地点	河南省义马市朝阳路中段东侧51号楼3楼	检验类别	委托检验
到样日期	2026年09月10日	检验日期	2026年09月11日
生产厂家	江苏三恒科技股份有限公司	出厂编号	2310286
安标编号	MFB150240	检验人员	李莹辉、李俊杰
检验依据	KA/T6211-2008《煤矿用非色散红外甲烷传感器》		

检验设备（标准物质）一览表

名称	规格型号	不确定度、准确度等级或最大允许误差	检定/校准证书编号
甲烷标准气体	$CH4/N_2$	2%	GBW（E）062810
转子流量计	LZB-3WB	2.5级	1025BF0100045-044-029-031-039-032-024-030
声级计	HS5633	2级	1025BR0101802
电子秒表	DM1-010	0.01s/分度	1025CR1901353
万用表	VC9807A+	分辨力：0.01mV	1025CE1401136
直流电阻器	ZX21A	0.1Ω/分度	1025BE0700146
可燃易爆有害气体检测（催化燃烧式甲烷）传感器自动检定装置	KRDG-1	频率：0.01Hz 电流：0.05mA	1026CE2700583

检验环境

温度（℃）	21.5	相对湿度（%）	52.8
大气压力（kPa）	95.6	其它	无干扰气体

检验结论	依据KA/T6211-2008《煤矿用非色散红外甲烷传感器》对该样品进行检验，判定所检项目 符合标准要求 。 （检验专用章） 签发日期：2026年09月14日
备注	

批准：刘[illegible]　　审核：李俊杰　　主检：李莹辉

注 意 事 项

1、报告无检验单位“检验专用章”者无效。

2、报告无骑缝章者无效。

3、报告无检验人员、审核人员、批准人签字无效。

4、未经同意，（全文复制除外）未加盖单位公章者无效。

5、报告检验数据仅对当时样品状态负责。

6、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。

检验单位名称：豫西矿用安全设备检测检验中心

检验机构地址： 河南省义马市朝阳路中段东侧51号楼

邮 政 编 码： 472302

联 系 电 话： 0398-5879067

豫煤监2503

煤矿用非色散红外甲烷传感器

检 验 报 告

委托单位：义煤集团新安县郁山煤业有限公司

样品名称：煤矿用高浓度激光甲烷传感器

规格型号：GJG100J

检验类别：委托检验

检验日期：2026年09月11日

检验单位：豫西矿用安全设备检测检验中心　　（公章）

检验结果

序号	项目名称	技术要求		检验结果	单项结论
1	外观及结构检查	显示窗透光良好，数码符号清晰完好，镀层均匀，有保护罩，有遥控调校功能		符合	合格
2	最小分辨率	0≤X＜10%CH_4范围，不低于0.01%CH_4 10≤X＜100%CH_4范围，不低于0.1%CH_4		符合	合格
3	显示值稳定性测定（%CH_4）	0≤X＜10%CH_4范围，不超过0.04%CH_4		/	/
		10≤X＜100%CH_4范围，不超过0.4%CH_4		0.1	合格
4	基本误差测定（%CH_4）	检测点	误差要求	基本误差	合格
		0.50	±0.06	0.02	
		8.49	真值的±6%	-0.1%	
		20.0	真值的±6%	0.5%	
		35.0	真值的±6%	0.3%	
		60.0	真值的±6%	-0.3%	
		85.0	真值的±6%	1.2%	
5	传输距离试验（%CH_4）	0.50	±0.06	0.01	合格
		8.49	真值的±6%	-0.1%	
		20.0	真值的±6%	0.5%	
		35.0	真值的±6%	0.3%	
		60.0	真值的±6%	-0.3%	
		85.0	真值的±6%	1.2%	
6	工作稳定性测定	连续工作15d，基本误差满足要求。		/	/
7	响应时间测定(s)	≤25s		13.21	合格
8	报警功能试验	报警误差（%CH_4）	不超过±0.05	0.01	合格
		报警声级强度 dB（A）	≥80 dB（A）	93.2	
		光报警信号	在黑暗环境20m处清晰可见。	符合	
备注		工作稳定性测定只检新投入使用和修理后更换主要元件的仪器			

以下无内容

检 验 报 告

委托单位	义煤集团新安县郁山煤业有限公司	地　址	新安县南李村镇
样品名称	煤矿用高浓度激光甲烷传感器	规格型号	GJG100J
样品状态	显示窗透光良好、外观结构合理无划痕变形、各部件无松动	使用单位	义煤集团新安县郁山煤业有限公司
检验地点	河南省义马市朝阳路中段东侧51号楼3楼	检验类别	委托检验
到样日期	2026年09月10日	检验日期	2026年09月11日
生产厂家	江苏三恒科技股份有限公司	出厂编号	2005228
安标编号	MFB150240	检验人员	李莹辉、李俊杰
检验依据	KA/T6211-2008《煤矿用非色散红外甲烷传感器》		

检验设备（标准物质）一览表

名称	规格型号	不确定度、准确度等级或最大允许误差	检定/校准证书编号
甲烷标准气体	$CH4/N_2$	2%	GBW（E）062810
转子流量计	LZB-3WB	2.5级	1025BF0100045-044-029-031-039-032-024-030
声级计	HS5633	2级	1025BR0101802
电子秒表	DM1-010	0.01s/分度	1025CR1901353
万用表	VC9807A+	分辨力：0.01mV	1025CE1401136
直流电阻器	ZX21A	0.1Ω/分度	1025BE0700146
可燃易爆有害气体检测（催化燃烧式甲烷）传感器自动检定装置	KRDG-1	频率：0.01Hz 电流：0.05mA	1026CE2700583

检验环境

温度（℃）	21.5	相对湿度（%）	52.8
大气压力（kPa）	95.6	其它	无干扰气体

检验结论	依据KA/T6211-2008《煤矿用非色散红外甲烷传感器》对该样品进行检验，判定所检项目 符合标准要求 。 （检验专用章） 签发日期：2026年09月14日
备注	

批准：刘洲平　　审核：李俊杰　　主检：李莹辉

注 意 事 项

1、报告无检验单位“检验专用章”者无效。

2、报告无骑缝章者无效。

3、报告无检验人员、审核人员、批准人签字无效。

4、未经同意，（全文复制除外）未加盖单位公章者无效。

5、报告检验数据仅对当时样品状态负责。

6、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。

检验单位名称：豫西矿用安全设备检测检验中心

检验机构地址： 河南省义马市朝阳路中段东侧51号楼

邮 政 编 码： 472302

联 系 电 话： 0398-5879067

豫煤监2503

煤矿用非色散红外甲烷传感器

检 验 报 告

委托单位：义煤集团新安县郁山煤业有限公司

样品名称：煤矿用高浓度激光甲烷传感器

规格型号：GJG100J

检验类别：委托检验

检验日期：2026年09月11日

检验单位：豫西矿用安全设备检测检验中心　　（公章）

检验结果

序号	项目名称	技术要求		检验结果	单项结论
1	外观及结构检查	显示窗透光良好，数码符号清晰完好，镀层均匀，有保护罩，有遥控调校功能		符合	合格
2	最小分辨率	0≤X＜10%CH_4范围，不低于0.01%CH_4 10≤X＜100%CH_4范围，不低于0.1%CH_4		符合	合格
3	显示值稳定性测定（%CH_4）	0≤X＜10%CH_4范围，不超过0.04%CH_4		/	/
		10≤X＜100%CH_4范围，不超过0.4%CH_4		0.1	合格
4	基本误差测定（%CH_4）	检测点	误差要求	基本误差	合格
		0.50	±0.06	0.04	
		8.49	真值的±6%	0.5%	
		20.0	真值的±6%	0.5%	
		35.0	真值的±6%	-0.9%	
		60.0	真值的±6%	-0.3%	
		85.0	真值的±6%	1.3%	
5	传输距离试验（%CH_4）	0.50	±0.06	0.03	合格
		8.49	真值的±6%	0.5%	
		20.0	真值的±6%	0.5%	
		35.0	真值的±6%	-0.9%	
		60.0	真值的±6%	-0.5%	
		85.0	真值的±6%	1.3%	
6	工作稳定性测定	连续工作15d，基本误差满足要求。		/	/
7	响应时间测定(s)	≤25s		12.24	合格
8	报警功能试验	报警误差（%CH_4）	不超过±0.05	0.00	合格
		报警声级强度 dB（A）	≥80 dB（A）	92.5	
		光报警信号	在黑暗环境20m处清晰可见。	符合	
备注		工作稳定性测定只检新投入使用和修理后更换主要元件的仪器			

以下无内容

检 验 报 告

委托单位	义煤集团新安县郁山煤业有限公司	地　址	新安县南李村镇
样品名称	煤矿用高浓度激光甲烷传感器	规格型号	GJG100J
样品状态	显示窗透光良好、外观结构合理无划痕变形、各部件无松动	使用单位	义煤集团新安县郁山煤业有限公司
检验地点	河南省义马市朝阳路中段东侧51号楼3楼	检验类别	委托检验
到样日期	2026年09月10日	检验日期	2026年09月11日
生产厂家	江苏三恒科技股份有限公司	出厂编号	2412102
安标编号	MFB150240	检验人员	李莹辉、李俊杰
检验依据	KA/T6211-2008《煤矿用非色散红外甲烷传感器》		

检验设备（标准物质）一览表

名称	规格型号	不确定度、准确度等级或最大允许误差	检定/校准证书编号
甲烷标准气体	$CH4/N_2$	2%	GBW（E）062810
转子流量计	LZB-3WB	2.5级	1025BF0100045-044-029-031-039-032-024-030
声级计	HS5633	2级	1025BR0101802
电子秒表	DM1-010	0.01s/分度	1025CR1901353
万用表	VC9807A+	分辨力：0.01mV	1025CE1401136
直流电阻器	ZX21A	0.1Ω/分度	1025BE0700146
可燃易爆有害气体检测（催化燃烧式甲烷）传感器自动检定装置	KRDG-1	频率：0.01Hz 电流：0.05mA	1026CE2700583

检验环境

温度（℃）	21.5	相对湿度（%）	52.8
大气压力（kPa）	95.6	其它	无干扰气体

检验结论	依据KA/T6211-2008《煤矿用非色散红外甲烷传感器》对该样品进行检验，判定所检项目 符合标准要求 。 （检验专用章） 签发日期：2026年09月14日
备注	

批准：刘海军　　审核：李俊杰　　主检：李莹辉

注 意 事 项

1、报告无检验单位“检验专用章”者无效。

2、报告无骑缝章者无效。

3、报告无检验人员、审核人员、批准人签字无效。

4、未经同意，（全文复制除外）未加盖单位公章者无效。

5、报告检验数据仅对当时样品状态负责。

6、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。

检验单位名称：豫西矿用安全设备检测检验中心

检验机构地址： 河南省义马市朝阳路中段东侧51号楼

邮 政 编 码： 472302

联 系 电 话： 0398-5879067

豫煤监2503

煤矿用非色散红外甲烷传感器

检 验 报 告

委托单位：义煤集团新安县郁山煤业有限公司

样品名称：煤矿用高浓度激光甲烷传感器

规格型号：GJG100J

检验类别：委托检验

检验日期：2026年09月11日

检验单位：豫西矿用安全设备检测检验中心　　（公章）

检验结果

序号	项目名称	技术要求		检验结果	单项结论
1	外观及结构检查	显示窗透光良好，数码符号清晰完好，镀层均匀，有保护罩，有遥控调校功能		符合	合格
2	最小分辨率	0≤X < 10%CH_4范围，不低于0.01%CH_4 10≤X < 100%CH_4范围，不低于0.1%CH_4		符合	合格
3	显示值稳定性测定（%CH_4）	0≤X < 10%CH_4范围，不超过0.04%CH_4		/	/
		10≤X < 100%CH_4范围，不超过0.4%CH_4		0.1	合格
4	基本误差测定（%CH_4）	检测点	误差要求	基本误差	合格
		0.50	±0.06	0.02	
		8.49	真值的±6%	0.5%	
		20.0	真值的±6%	0.5%	
		35.0	真值的±6%	-0.9%	
		60.0	真值的±6%	-0.2%	
		85.0	真值的±6%	1.2%	
5	传输距离试验（%CH_4）	0.50	±0.06	0.02	合格
		8.49	真值的±6%	0.5%	
		20.0	真值的±6%	0.0%	
		35.0	真值的±6%	-0.6%	
		60.0	真值的±6%	-0.3%	
		85.0	真值的±6%	1.3%	
6	工作稳定性测定	连续工作15d，基本误差满足要求。		/	/
7	响应时间测定(s)	≤25s		11.52	合格
8	报警功能试验	报警误差（%CH_4）	不超过±0.05	0.00	合格
		报警声级强度 dB（A）	≥80 dB（A）	91.8	
		光报警信号	在黑暗环境20m处清晰可见。	符合	
备注		工作稳定性测定只检新投入使用和修理后更换主要元件的仪器			

以下无内容

检 验 报 告

委托单位	义煤集团新安县郁山煤业有限公司	地　址	新安县南李村镇
样品名称	煤矿用高浓度激光甲烷传感器	规格型号	GJG100J
样品状态	显示窗透光良好、外观结构合理无划痕变形、各部件无松动	使用单位	义煤集团新安县郁山煤业有限公司
检验地点	河南省义马市朝阳路中段东侧51号楼3楼	检验类别	委托检验
到样日期	2026年09月10日	检验日期	2026年09月11日
生产厂家	江苏三恒科技股份有限公司	出厂编号	2107049
安标编号	MFB150240	检验人员	李莹辉、李俊杰
检验依据	KA/T6211-2008《煤矿用非色散红外甲烷传感器》		

检验设备（标准物质）一览表

名称	规格型号	不确定度、准确度等级或最大允许误差	检定/校准证书编号
甲烷标准气体	$CH4/N_2$	2%	GBW（E）062810
转子流量计	LZB-3WB	2.5级	1025BF0100045-044-029-031-039-032-024-030
声级计	HS5633	2级	1025BR0101802
电子秒表	DM1-010	0.01s/分度	1025CR1901353
万用表	VC9807A+	分辨力：0.01mV	1025CE1401136
直流电阻器	ZX21A	0.1Ω/分度	1025BE0700146
可燃易爆有害气体检测（催化燃烧式甲烷）传感器自动检定装置	KRDG-1	频率：0.01Hz 电流：0.05mA	1026CE2700583

检验环境

温度（℃）	21.5	相对湿度（%）	52.8
大气压力（kPa）	95.6	其它	无干扰气体

检验结论	依据KA/T6211-2008《煤矿用非色散红外甲烷传感器》对该样品进行检验，判定所检项目 符合标准要求 。 （检验专用章） 签发日期：2026年09月14日
备注	

批准：刘海洋　　审核：李俊杰　　主检：李莹辉

注 意 事 项

1、报告无检验单位“检验专用章”者无效。

2、报告无骑缝章者无效。

3、报告无检验人员、审核人员、批准人签字无效。

4、未经同意，（全文复制除外）未加盖单位公章者无效。

5、报告检验数据仅对当时样品状态负责。

6、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。

检验单位名称：豫西矿用安全设备检测检验中心

检验机构地址： 河南省义马市朝阳路中段东侧51号楼

邮 政 编 码： 472302

联 系 电 话： 0398-5879067

豫煤监2503

煤矿用非色散红外甲烷传感器

检 验 报 告

委托单位：义煤集团新安县郁山煤业有限公司

样品名称：煤矿用高浓度激光甲烷传感器

规格型号：GJG100J

检验类别：委托检验

检验日期：2026年09月11日

检验单位：豫西矿用安全设备检测检验中心　　（公章）

检验结果

序号	项目名称	技术要求		检验结果	单项结论
1	外观及结构检查	显示窗透光良好，数码符号清晰完好，镀层均匀，有保护罩，有遥控调校功能		符合	合格
2	最小分辨率	0≤X＜10%CH_4范围，不低于0.01%CH_4 10≤X＜100%CH_4范围，不低于0.1%CH_4		符合	合格
3	显示值稳定性测定（%CH_4）	0≤X＜10%CH_4范围，不超过0.04%CH_4		/	/
		10≤X＜100%CH_4范围，不超过0.4%CH_4		0.1	合格
4	基本误差测定（%CH_4）	检测点	误差要求	基本误差	合格
		0.50	±0.06	0.04	
		8.49	真值的±6%	0.2%	
		20.0	真值的±6%	0.5%	
		35.0	真值的±6%	-1.1%	
		60.0	真值的±6%	1.2%	
		85.0	真值的±6%	0.6%	
5	传输距离试验（%CH_4）	0.50	±0.06	0.04	合格
		8.49	真值的±6%	0.2%	
		20.0	真值的±6%	0.0%	
		35.0	真值的±6%	-1.1%	
		60.0	真值的±6%	1.2%	
		85.0	真值的±6%	0.5%	
6	工作稳定性测定	连续工作15d，基本误差满足要求。		/	/
7	响应时间测定(s)	≤25s		13.18	合格
8	报警功能试验	报警误差（%CH_4）	不超过±0.05	0.01	合格
		报警声级强度 dB（A）	≥80 dB（A）	93.5	
		光报警信号	在黑暗环境20m处清晰可见。	符合	
备注		工作稳定性测定只检新投入使用和修理后更换主要元件的仪器			

以下无内容

检 验 报 告

委托单位	义煤集团新安县郁山煤业有限公司	地　址	新安县南李村镇
样品名称	煤矿用高浓度激光甲烷传感器	规格型号	GJG100J
样品状态	显示窗透光良好、外观结构合理无划痕变形、各部件无松动	使用单位	义煤集团新安县郁山煤业有限公司
检验地点	河南省义马市朝阳路中段东侧51号楼3楼	检验类别	委托检验
到样日期	2026年09月10日	检验日期	2026年09月11日
生产厂家	江苏三恒科技股份有限公司	出厂编号	2408846
安标编号	MFB150240	检验人员	李莹辉、李俊杰
检验依据	KA/T6211-2008《煤矿用非色散红外甲烷传感器》		

检验设备（标准物质）一览表

名称	规格型号	不确定度、准确度等级或最大允许误差	检定/校准证书编号
甲烷标准气体	$CH4/N_2$	2%	GBW（E）062810
转子流量计	LZB-3WB	2.5级	1025BF0100045-044-029-031-039-032-024-030
声级计	HS5633	2级	1025BR0101802
电子秒表	DM1-010	0.01s/分度	1025CR1901353
万用表	VC9807A+	分辨力：0.01mV	1025CE1401136
直流电阻器	ZX21A	0.1Ω/分度	1025BE0700146
可燃易爆有害气体检测（催化燃烧式甲烷）传感器自动检定装置	KRDG-1	频率：0.01Hz 电流：0.05mA	1026CE2700583

检验环境

温度（℃）	21.5	相对湿度（%）	52.8
大气压力（kPa）	95.6	其它	无干扰气体

检验结论	依据KA/T6211-2008《煤矿用非色散红外甲烷传感器》对该样品进行检验，判定所检项目 符合标准要求 。 （检验专用章） 签发日期：2026年09月14日
备注	

批准：刘xx　　审核：李俊杰　　主检：李莹辉

注　意　事　项

1、报告无检验单位“检验专用章”者无效。

2、报告无骑缝章者无效。

3、报告无检验人员、审核人员、批准人签字无效。

4、未经同意，（全文复制除外）未加盖单位公章者无效。

5、报告检验数据仅对当时样品状态负责。

6、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。

检验单位名称：豫西矿用安全设备检测检验中心

检验机构地址：　河南省义马市朝阳路中段东侧51号楼

邮 政 编 码：　472302

联 系 电 话：　0398-5879067

豫煤监2503

煤矿用非色散红外甲烷传感器

检 验 报 告

委托单位：义煤集团新安县郁山煤业有限公司

样品名称：煤矿用高浓度激光甲烷传感器

规格型号：GJG100J

检验类别：委托检验

检验日期：2026年09月11日

检验单位：豫西矿用安全设备检测检验中心　　（公章）